

EURÓPAI UNIÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GYÁRTÓ

Piston Kft.
1033, Budapest, Szőlőkert u. 4/b

TERMÉK

Áramlásmérő légzésdiagnosztikai készülékekhez

TÍPUS

PPF-18

OSZTÁLYBA SOROLÁS

Ila osztály
Gyógyászati eszközökre vonatkozó 93/42/EEC Tanácsi Direktíva IX.
függeléke szerint

NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a fentiekben megadott termék megfelel a 93/42/EEC Tanácsi Direktíva gyógyászati eszközökre vonatkozó előírásainak. A gyártó saját telephelyén tárolja a termékhez kapcsolódó összes dokumentációt.

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

EN 980:2003
EN 1041:1998
ISO 14971:2007
ISO 5356-1:2004

KIJELÖLT TESTÜLET

TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Germany, D-51105 Köln, Am Grauen Stein


EURÓPAI UNIÓ TANÚSÍTVÁNYAI

ISO 13485:2003	Registration Nr:	SX 60009710 0001
	Report Nr:	02192133 004
CE 0197	Registration Nr:	HD 2111265 01
	Report Nr:	C 2192133 E 01

FŐBB TARTOZÉKOK

PBF-100	Baktérium szűrő
MPA-30	Szájcsutóra

BUDAPEST, 2010. JANUÁR 12.


.....
Nagy Kornél
Minőségbiztosítási vezető

